

CMTE3000

Prezzo 558,34 € (IVA esclusa)

Modulo audio. Il modulo audio è necessario se è richiesta la funzionalità audio: include microfono ed altoparlanti. Può essere installato: - nelle camere, collegato al terminale di camera display CMTE1200; - nei locali di presidio principale o secondario, collegato al terminale di presidio CMTE2200 o CMTE2300. Consente la comunicazione audio: - da camera a camera con infermiere presente; - da presidio a camera, a seguito di chiamata o con presenza infermiere; - da presidio a intero reparto. Per la comunicazione fra paziente e personale infermieristico deve essere collegato il microfono aggiuntivo (articoli CMAS3010/11/20/30/40). Include il supporto per l'installazione ed il cablaggio per il collegamento al terminale. Dispositivo in materiale antibatterico.

Caratteristiche tecniche


Marchio	BTicino
Norma di Riferimento	VDE0834-1-2 (DIN 41050)
Tensione	BUS/SCS
Grado di protezione	IP42
Altezza	80mm
Larghezza	150mm
Profondità	27.8mm


Dati commerciali

Quantità minima	1
Unità di vendita	1
Prezzo	558,34
Valuta	EUR
Unità di misura	Prezzo al pezzo
Codice Ean	8005543442357

Documentazione

 [Scheda Tecnica](#)

 [Disegno DWG](#)

 [Guida Tecnica - ambienti sanitari](#)

Prodotti correlati



CMAI1020

Supporto terminali da parete per montaggio superficiale



53,62 €



CMAI1120

Base da tavolo per terminale di presidio con audio. Consente l'installazione su superficie ori...

159,85 €

MARCHI DISTRIBUITI DA BTICINO: |  legrand | Netatmo |  IME |

Dichiaro che tutti gli articoli del catalogo Bticino sono stati fabbricati conformemente agli elementi principali degli obbiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione: 2014/35/UE: 26 Febbraio 2014 e dove richiesto, anche conformemente alle prescrizioni di protezione essenziali di compatibilità elettromagnetica secondo la Direttiva Europea 2014/30/UE: 26 Febbraio 2014, e/o dove richiesto anche conformemente alla 1995/5/CE: 9 Marzo 1999 « R&TTE » o dove richiesto anche conformemente alla 2014/53/UE: 16 Aprile 2014 « RED ». I prodotti della Bticino S.p.A. sono conformi alle prescrizioni delle norme pubblicate dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC). La conformità può essere provata con certificati rilasciati da organismi riconosciuti dalla IEC secondo lo schema CB (CB-scheme). I nostri articoli sono conformi alle Norme di Prodotto Europee e presentano, dove necessario, la marcatura „ess” sono stati costruiti conformemente alla Regola dell'Arte in materia di sicurezza elettrica, essi non compromettono la sicurezza di persone, animali domestici e beni se installati in modo corretto, secondo la loro destinazione, e sottoposti a manutenzione non difettosa. I prodotti Bticino certificati con il marchio IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualità) sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008.